


	PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ	Mã số: VT/018d/02 Ngày ban hành: 15/10/2024 Trang: 1/3
---	------------------------------	--

BỘ Y TẾ
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Đề nghị báo giá

Housing (Vỏ lọc khí) dạng chữ T, loại nhỏ, cao 5 inch Nha Trang, ngày 27 tháng 03 năm 2025



PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Housing (Vỏ lọc khí) dạng chữ T, loại nhỏ, cao 5 inch

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Địa chỉ: 09 Pasteur, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ tên: Tô Võ Hồng Loan - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư
- Số điện thoại: 0987.058.431 - Email: Vattuivac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: chọn lựa 01 trong 02 cách thức sau

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Phòng Vật tư

09 Pasteur, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Nhận qua email: vattuivac@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của công ty)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 28 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 08 tháng 04 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

	PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ	Mã số: VT/018d/02 Ngày ban hành: 15/10/2024 Trang: 3/3
---	------------------------------	--

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa kèm mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Housing (Vỏ lọc khí) dạng chữ T, loại nhỏ, cao 5 inch	- Loại vỏ: lọc khí dạng chữ T - Vật liệu vỏ: AISI 316L (1.4404 1.4435) - Gioăng: chất liệu cao su EPDM (đạt chuẩn FDA USP Class VI Không chứa BSE/TSE EU-1935-2004) - Bộ chuyển đổi lõi lọc: 15 Mini - Chiều cao vỏ lọc: 5 inch - Áp suất vận hành ≤ 10 bar - Nhiệt độ vận hành $\leq 150^{\circ}\text{C}$ - Độ nhám bề mặt (được đánh bóng điện hoá): $\approx 0.5\mu\text{m}$ (mặt trong) và $\approx 1.6\mu\text{m}$ (mặt ngoài) - Đầu nối vào và ra là loại kẹp 50.5mm – $\frac{3}{4}$ inch - Van khí và van xả đáy là loại chuyên dùng trong ngành dược - Khoảng cách giữa đầu vào và đầu ra ≈ 164 mm - Đáp ứng các yêu cầu của ngành sinh học dược, được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo chất lượng vượt trội trong quá trình vận hành và an toàn sử dụng. - Tuân thủ Chỉ thị Thiết bị Áp lực PED 2014/68/EU và tiêu chuẩn thiết kế AD2000 - Bề mặt sản phẩm được xử lý ti mi nhằm đảm bảo an toàn vận hành, đáp ứng các yêu cầu về tiết trùng và khả năng làm sạch	01	cái



PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã số: VT/018d/02

Ngày ban hành: 15/10/2024

Trang: 3/3


2. **Địa điểm cung cấp, lắp đặt (các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm):** Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế - Số 09 Pasteur, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Thời gian giao hàng dự kiến:** 80 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. **Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:** Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, xuất hóa đơn và biên bản nghiệm thu.
5. **Bảo hành:** Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.

KT. TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ


Nguyễn Sỹ Tuấn