

Nha Trang, ngày 12 tháng 8 năm 2024

PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện vắc xin và Sinh phẩm Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Bê điều nhiệt ≥ 5 lít

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Địa chỉ: 09 Pasteur, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ tên: Tô Võ Hồng Loan - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư
- Số điện thoại: 0987.058.431 - Email: Vattuivac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: chọn lựa 01 trong 02 cách thức sau

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Phòng Vật tư

09 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: vattuivac@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của công ty)


4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00 ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 22/8/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


1. Danh mục hàng hóa kèm mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Bể điều nhiệt ≥ 5 lít	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt độ làm việc tối thiểu $\sim 20^{\circ}\text{C}$ - Nhiệt độ làm việc tối đa $\sim 100^{\circ}\text{C}$ - Nhiệt độ môi trường xung quanh tối thiểu $\sim 5^{\circ}\text{C}$ - Nhiệt độ môi trường tối đa $\sim 40^{\circ}\text{C}$ - Độ ổn định nhiệt độ $\sim 0.01\pm\text{K}$ - Công suất máy: 2kW - Điện năng tiêu thụ: 2.1kW - Khối lượng nước tối thiểu ~ 5 lít - Khối lượng nước tối đa ~ 6 lít - Chiều rộng cửa bồn $\sim 130\text{mm}$ - Độ sâu mở bồn $\sim 285\text{mm}$ - Độ sâu bể $\sim 160\text{mm}$ - Độ sâu sử dụng $\sim 140\text{mm}$ - Kích thước: 143*433*349 mm (W*D*H) - Áp suất bơm tối đa ~ 0.55 thanh - Lưu lượng bơm tối đa $\sim 22\text{L}/\text{phút}$ <p>Cấu hình cung cấp: đầu hiển thị, hệ thống tuần hoàn nóng, bể trong suốt, trọn bộ cho sử dụng kèm hướng dẫn sử dụng tiếng Anh</p>	01	Bộ




2. **Địa điểm cung cấp, lắp đặt (các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm):** Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế - Số 09 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Thời gian giao hàng dự kiến:** 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
4. **Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:** Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng và thanh toán 70% còn lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao hàng, xuất hóa đơn và biên bản nghiệm thu.
5. **Bảo hành:** Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Trân trọng cảm ơn 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Anh Nguyệt