	<b>PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ</b>	Mã số: VT/018d/01 Ngày ban hành: Trang: 1/2
---	------------------------------	---

BỘ Y TẾ  
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Nha Trang, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Căn cứ vào Kế hoạch quý 2/2024 được duyệt ngày 17/04/2024, Viện vắc xin và Sinh phẩm Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Lọc cassette 0,2um 0.6m<sup>2</sup>

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

#### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Địa chỉ: 09 Pasteur, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

#### 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ tên: Tô Võ Hồng Loan - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư
- Số điện thoại: 0987.058.431 - Email: Vattuivac@gmail.com

#### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: chọn lựa 01 trong 02 cách thức sau

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Phòng Vật tư

09 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: [vattuivac@gmail.com](mailto:vattuivac@gmail.com) (bản scan có dấu đỏ của công ty)

#### 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00 ngày 02 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 12 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

#### 5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ 02/05/2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

#### 1. Danh mục hàng hóa kèm mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật


STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	ĐVT
01	Lọc cassette 0,2um 0.6m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dạng màng lọc: Cassette</li> <li>- Kích thước lỗ lọc ~ 0.2um</li> <li>- Diện tích màng lọc ~ 0.6m<sup>2</sup></li> <li>- Chất liệu màng lọc: Hydrosart, khung màng lọc: Polyvinylidene fluoride (PVDF), kết dính Silicone trắng</li> <li>- Áp suất đầu vào tối đa tại 20oC ~ 4 bar</li> <li>- Độ pH ổn định ~ 2-14</li> <li>- Nhiệt độ vận hành ~ 0-50oC</li> <li>- Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Độ tinh theo USP &lt;88&gt;</li> <li>➢ Mức độ thổi rửa: dưới mức giới hạn theo USP “Nước vô trùng để tiêm”</li> <li>➢ Nội độc tố: &lt; 0.18EU/ml</li> </ul> </li> </ul>	04	cái

2. **Địa điểm cung cấp, lắp đặt (các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm):** Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế - Số 09 Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Thời gian giao hàng dự kiến:** 8-10 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
4. **Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:** Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, xuất hóa đơn và biên bản nghiệm thu.
5. **Yêu cầu đóng gói, bảo quản:** theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Trân trọng cảm ơn. *Mj*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.



*Dương Hữu Thái*