

BỘ Y TẾ
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

V/v: Đề nghị báo giá thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 03 tháng 01 năm 2025



PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “*Bom nhu động tốc độ tối đa 220 vòng/phút*”.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Địa chỉ: 09 Pasteur, phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ tên: Nguyễn Thị Thảo Trang
- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư
- Số điện thoại: 02583821230
- Email: vattuivac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: chọn lựa 01 trong 02 cách thức sau

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Phòng Vật tư

09 Pasteur, phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: vattuivac@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của công ty)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 03 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 17 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa kèm mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Bơm nhu động tốc độ tối đa 220 vòng/phút	Chi tiết trong Phụ lục đính kèm	1	cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt (các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm): Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, 9 Pasteur, phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng 20% trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thanh toán 80% còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất giao hàng, lắp đặt, vận hành và bên mua nhận được bộ hồ sơ thanh toán bao gồm:
 - + Chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO)
 - + Hồ sơ thẩm tra IQ OQ
 - + Phiếu bảo hành
 - + Hóa đơn tài chính.

5. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.

K.T. TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ


Nguyễn Sỹ Tuấn.

PHỤ LỤC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA

(Đính kèm Phiếu yêu cầu báo giá ngày 03 tháng 01 năm 2025)

TT	TÊN HÀNG HÓA, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	
	BƠM NHU ĐỘNG TỐC ĐỘ TỐI ĐA 220 VÒNG/PHÚT	
1	YÊU CẦU CHUNG:	
1.1	Thiết bị mới 100%.	
1.2	Nguồn điện: 230 V/50Hz	
1.3	Điều kiện hoạt động: 0 – 60° C, độ ẩm 45-85 %	
1.4	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ CO CQ IQ OQ theo tiêu chuẩn của hãng	
1.5	Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng theo tiêu chuẩn của hãng	
2	CẤU HÌNH: 01 Bơm nhu động (dùng cho ống dày 2.4mm) - Cấp nguồn chuẩn chân cắm EU - Thân điều khiển bơm IP66 - Đầu bơm nhu động R2 cho ống dày 2.4mm	
3	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT	
	Lưu lượng	Từ 0.004 ml/min tới 3.5 L/min với ống dày 2.4mm
	Tỷ lệ kiểm soát tốc độ	2200:1 từ 0.1 đến 220 vòng/phút, với gia số điều chỉnh 0.1 vòng/lần chỉnh
	Mô-men xoắn	2.2Nm, trong điều kiện làm việc liên tục
	Đầu bơm	Đầu bơm con lăn lò xo đôi cho ống dày 2,4mm
	Kích thước ống tương thích	Đường kính trong (ID) 1.6/ 3.2/ 4.8/ 6.4/ 8.0/ 9.6mm
	Chiều bơm	Cho phép bơm Cùng chiều và Ngược chiều kim đồng hồ
	Mức bảo vệ chống thấm	IP66 / NEMA4 (BS EN60529)
	Áp suất hoạt động	Đầu vào: đến -1bar/ Đầu ra: đến +2bar
	Tính năng hiệu chuẩn	Hiệu chuẩn toàn diện giúp tăng tuổi thọ và tối ưu độ chính xác, hiệu suất của bơm
	Điều khiển	Màn hình màu và phím điều khiển trực quan/ Tùy chọn hiển thị Lưu lượng / Vận tốc/ Chức năng cân chỉnh toàn diện
	Điều khiển thủ công	Run/Stop, Chiều bơm: Thuận - Nghịch/ Nhập thông số bằng bàn phím
	An toàn	Chức năng khóa an toàn bằng mã PIN cho 3 cấp độ người sử dụng
	Chế độ MemoDose	Cho phép người dùng lặp lại việc chiết rót một liều với một thể tích chất lỏng chính xác đã lưu chỉ bằng 1 thao tác nhấn nút
	Thân bơm	Nhôm đúc áp lực nguyên khối LM24, tiền xử lý Alocrom chống ăn mòn, sơn tĩnh điện polyester bên ngoài
	Đáp ứng	Khả năng chống ăn mòn cao cho môi trường khắc nghiệt

	Bàn phím	Chất liệu Polyester
	Tấm chắn công tắc	Thủy tinh phủ ABS plastic
	Trục điều khiển	Thép carbon mạ niken bằng phương pháp điện phân
	Ổ trục rôto, Con lăn	Stainless steel 316
	Vòng bi con lăn chính	Stainless steel với PTFE seals
	Đường ray đầu bơm, cánh tay con lăn, ro-to	PPS (polyphenylene sulphide)
	Khối lượng bơm	<11kg (đã bao gồm Đầu bơm)
	Kích thước bơm	Rộng 276 x Dài 409 x Cao 158mm (hoặc tương đương)
	Điện năng	<0.6A@ 230V; <1.25A @ 115V; 100-120/200-240V 50/60Hz 1Ph
	Độ ồn	<70dB(A) tại khoảng cách 1m
	Xuất xứ	Các nước thuộc EU, Bắc Mỹ
	Tiêu chuẩn	Đạt tiêu chuẩn CE, cETLus, ISO 9001, Safety of Machinery – EN ISO 12100, BS EN 60204-1
4	YÊU CẦU KHÁC:	
4.1	Bảo hành: ≥ 3 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng	
4.2	Thời gian giao hàng: ≤ 12 tuần	
4.3	Địa điểm lắp đặt: tại nơi sử dụng của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế	
4.4	Cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao trong vòng 10 năm cho dòng kính hiển vi này.	
4.5	Thời gian đáp ứng các sự cố: trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo (nếu quá thời gian trên mà nhà thầu không có mặt để xử lý sự cố thì chủ đầu tư thuê đơn vị độc lập xử lý, chi phí thực hiện sẽ trừ vào bảo lãnh bảo hành).	
4.9	Giá trị hợp đồng đã bao gồm: chi phí giao hàng, lắp đặt, vận hành, đưa vào sử dụng, thẩm định IQ OQ.	